

**Esclarecimento** 20/12/2022 09:49:01

1. Os "instrumentos de mão como alta rotação, micro motor, ultra som, jato de bicarbonato, fotopolimerizador" deverão estar inclusos no equipamento? 2. De acordo com o descritivo, o equipamento deve estar apto a utilizar estes instrumentos, contudo, estes não são itens inclusos, diferente do compressor e da cadeira?

Fechar

**Resposta** 20/12/2022 09:49:01

1. Não deverão estar inclusos no equipamento os instrumentos mencionados na pergunta. No entanto, conforme consta no edital, o item 010 - "consultório odontológico portátil", deve atender as necessidades clínicas odontológicas, tais como, ser compatível com instrumentos de alta rotação, micro motor, ultra som, jato de bicarbonato e fotopolimerizador. 2. Os instrumentos descritos na resposta acima não estão inclusos no item 010 - "consultório odontológico portátil". Pois, conforme o descritivo constante no edital, alguns dos requisitos são relacionados à inclusão da bolsa com cadeira odontológica transportável, refletor, banquetas e mala com compressor, de modo que é necessário possuir rodízios, bem como, equipamento pneumático portátil.

Fechar